Software para la gestión de la diabetes OneTouch® Zoom™ Pro *con* SnapShot®

Guía de Instalación

Procedimiento de instalación

1. Inserte el CD de instalación de OneTouch® Zoom™ Pro en la unidad de CD-ROM.

> ***NOTA:*** Si instala el programa usando el *modo en red*, asegúrese de insertar el CD de instalación en la unidad de CD-ROM del hardware del servidor. (Si se usa la opción de servidor de base de datos SQL Server, el CD de instalación debe insertarse en la unidad de CD-ROM del hardware del servidor de base de datos).

La pantalla de ejecución automática debe aparecer automáticamente en su pantalla (consulte la figura 1). Si no es así, utilice una de las siguientes opciones:

- Vuelva a insertar el CD en la unidad de CD-ROM

  O

- Acceda a la unidad de CD a través del explorador de Windows®.
  − Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón **Inicio**. Seleccione **Explorar**.
  − Haga clic en el icono del CD que contiene OneTouch® Zoom™ Pro.
  − Haga clic en la carpeta **Ejecución automática**.
  − Haga doble clic en **Ejecución automática** o **Autorun.exe.**

Figura 1

2. En la pantalla **Ejecución automática** dispone las siguientes opciones:

   - Modo no en red: Instalar/Actualizar OneTouch® Zoom™ Pro
   - Modo en red: Instalar OneTouch® Zoom™ Pro
   - Ver Guía de Instalación
   - Instalar Adobe® Acrobat® Reader 8.1
   - Salir

NOTA:
- En el modo no en red, verá "Instalar" o "Actualizar", esto depende de si tiene actualmente una versión anterior compatible de OneTouch® DMS Pro o OneTouch® Zoom™ Pro en su PC.
- Si elige "Actualizar" y tiene una base de datos de gran tamaño, puede tardar un tiempo en convertir los datos. Puede realizar la actualización después de unas horas o archivar los datos antes de la actualización.
- Para ver la Guía de Instalación y otra documentación del programa, necesitará Adobe® Acrobat® Reader 8.1 (o superior).
- Si tiene un software antivirus instalado en su PC (como McAfee® o Norton™), puede que tenga que desactivarlo o cambiar la configuración de seguridad para realizar la instalación.

NOTA: Se necesita un cable de interfaz OneTouch® para la mayoría de medidores OneTouch®.

NOTA: Si desea configurar OneTouch® Zoom™ Pro en un nuevo idioma, por ejemplo, tiene OneTouch® DMS v3.1.1 en español ya instalado en su sistema y desea instalar OneTouch® Zoom™ Pro en inglés, asegúrese de extraer su base de datos en español (OneTouch.mdb desde C:\Archivos de programa\LifeScan\OneTouchDMSPro\Datos) a una nueva carpeta, desinstalar la versión 3.1.1 en español y eliminar la carpeta C:\Archivos de programa\LifeScan antes de instalar OneTouch® Zoom Pro en inglés. Para obtener más información sobre extracción consulte la sección *Extracción y recuperación de registros de datos* en el Manual del Usuario.

3. Para continuar con la instalación, seleccione el modo EN red o No en red y siga las instrucciones en pantalla.

Modo no en red

NOTA: Para completar la instalación, debe aceptar el contrato de licencia.

NOTA: Al seleccionar la configuración regional (país e idioma) en la que desea instalar el programa, tenga en cuenta que la configuración regional le indicará al programa si debe utilizar calibración de sangre total o plasma y la unidad de medida (mg/dl o mmol/l) para ver e imprimir informes. Esto se basa en la calibración y la unidad de medida para medidores/tiras reactivas OneTouch® que se utilicen con esa configuración regional. Si su configuración regional (país) no figura en la lista, seleccione "Otro". Se le indicará que proporcione la calibración y la unidad de medida para los medidores/las tiras reactivas OneTouch® en su configuración regional.

Una vez completada la instalación de OneTouch® Zoom™ Pro en el modo no en red, aparecerá un icono de **OneTouch Zoom Pro** en el escritorio. Si seleccionó **Cargar SnapShot ahora y después de cada inicio**, aparecerá el mensaje **"SnapShot iniciará la conexión a la base de datos ahora"** en un cuadro de diálogo. SnapShot® está ahora activo y el icono **SnapShot** debe aparecer en la bandeja de sistema.

NOTA: Para empezar a ejecutar el programa OneTouch® Zoom™ Pro, consulte la sección *Introducción* en el Manual del Usuario.

Modo en red

La instalación del modo en red consta de dos partes: instalación del servidor e instalación de clientes.

Instalación del servidor

La instalación del servidor incluye cargar los archivos de programa desde el CD al PC servidor, crear una base de datos vacía en el servidor usando una de las dos opciones de base de datos y, luego, especificar la ubicación/directorio del servidor de archivos para compartir archivos de base de datos y del programa en toda la red en cualquier PC.

La parte de servidor del programa de instalación primero verificará si los componentes del servidor ya han sido instalados en el PC servidor. De ser así, se le indicará al usuario que desinstale los componentes del servidor. De lo contrario, la instalación continuará.

NOTA: La opción Microsoft® Access permite hasta cinco conexiones simultáneas y está destinada a pequeños proyectos con pocos usuarios. Cuando aumenta el tamaño de una base de datos, y cada vez más usuarios tienen que trabajar con ella, Microsoft® SQL Server proporciona una solución de base de datos más sólida y segura. La opción Microsoft® SQL Server no limita la cantidad de conexiones simultáneas. Si selecciona Microsoft® SQL Server, en función del modo de autenticación del servidor SQL, es posible que se le indique que introduzca la información de inicio de sesión del servidor.

NOTA: Al seleccionar la configuración regional (país e idioma) en la que desea instalar el programa, tenga en cuenta que la configuración regional le indicará al programa si debe usar calibración de sangre total o plasma y la unidad de medida (mg/dl o mmol/l) para ver e imprimir informes. Esto se basa en la calibración y la unidad de medida para medidores/tiras reactivas OneTouch® que se usen en esa configuración regional. Si su configuración regional (país) no figura en la lista, seleccione "Otro". Se le indicará que proporcione la calibración y la unidad de medida para los medidores/las tiras reactivas OneTouch® en su configuración regional.

NOTA: Al seleccionar el directorio Servidor de archivos desde el cual todos los PC en red pueden acceder al programa de instalación de clientes, tenga en cuenta que, para Microsoft® Access, el directorio debe ubicarse localmente (por. ej., unidad C:) en el PC servidor. Para Microsoft SQL Server, el directorio puede ubicarse en una unidad/carpeta virtual en un servidor diferente de la red.

NOTA: Debe crear una "Carpeta compartida" en el servidor. El Explorador de Windows® debe permitirle compartir la carpeta ubicada en la ruta C:\Archivos de programa\LifeScan\OneTouchDMSPro\Servidor\Compartidos (o la ruta especificada si no seleccionó la ubicación predeterminada). Asegúrese de que todos los usuarios tengan acceso total de lectura y escritura a esta carpeta y todas las subcarpetas. Asigne una letra (por ej., Z) a esa unidad/carpeta.

Una vez que se ha completado la parte del servidor de la instalación de OneTouch® Zoom™ Pro, deberá completar la instalación del o los clientes.

Instalación de clientes

La instalación de clientes incluye instalar la aplicación de clientes en cualquier PC seleccionado para ejecutar el programa y establecer un vínculo desde cada PC a la base de datos central.

NOTA: Para poder llevar a cabo la instalación debe tener privilegios administrativos en el PC cliente.

1. Desde cualquier PC cliente, asigne la carpeta compartida que fue creada durante la instalación del servidor. Esto permitirá que el PC acceda al programa de instalación de clientes.

2. Abra esa unidad/carpeta y vaya a la carpeta denominada Configuración de cliente. Esta carpeta contiene el archivo ejecutable instalador de cliente denominado Setup.exe. Para ejecutar el programa de instalación de clientes, haga doble clic en este archivo y siga las instrucciones en pantalla.

NOTA: Para que la instalación del cliente pueda continuar, la configuración regional (país e idioma de la configuración regional de Windows®) del PC cliente debe coincidir con la configuración regional seleccionada para la instalación del servidor. Si coinciden, se llevará a cabo la instalación en el PC cliente.

NOTA: Al instalar OneTouch® Zoom™ Pro en los PC cliente desde los archivos de red compartidos, se le indicará que instale Adobe® Acrobat® Reader 8.1. Si tiene que instalar Adobe® Acrobat® Reader en un PC cliente, no puede hacerlo utilizando los archivos de red compartidos. Para instalar el software en cualquier PC cliente en red, deberá usar el CD de instalación de OneTouch® Zoom™ Pro que contiene Adobe® Acrobat® Reader 8.1. Adobe® Acrobat® Reader 8.1 requiere Microsoft® Internet Explorer versión 6 o superior.

NOTA:
- El perfil de Windows® bajo el cual los usuarios iniciarán sesión y ejecutarán el programa también debe incluir una ubicación en la carpeta compartida que se creó durante la instalación del servidor. La letra de unidad asignada a la carpeta compartida en el perfil del usuario también debe coincidir con la de la que se creó durante la instalación del cliente (por ej., Z).
- Para ejecutar el programa, el perfil de Windows® con el que los usuarios iniciarán sesión y ejecutarán el programa debe tener suficientes privilegios (por ej., usuario avanzado).

Una vez completada la parte de PC cliente de la instalación de OneTouch® Zoom Pro en este PC, aparecerá el icono de **OneTouch Zoom Pro** en el escritorio. Si seleccionó **Cargar SnapShot ahora y después de cada inicio**, aparecerá el mensaje **"SnapShot iniciará la conexión a la base de datos ahora"** en un cuadro de diálogo. SnapShot® está ahora activo y el icono **SnapShot** debe aparecer en la bandeja de sistema.

Repita los pasos de la instalación para cualquier PC cliente seleccionado para ejecutar el programa.

NOTA:
- Para configurar un administrador de sistema, administradores de programa y usuarios de programa, consulte la sección *Configuración de usuario* del Manual del usuario. Esta sección también contiene información sobre protección de contraseña y derechos de acceso.
- Para empezar a ejecutar el programa OneTouch® Zoom™ Pro, consulte la sección *Introducción* en el Manual del Usuario.

Desinstalación de OneTouch® Zoom™ Pro

Modo no en red

Existen dos opciones para desinstalar OneTouch® Zoom™ Pro:

1. Haga clic en **Inicio**, **Programas**, **OneTouch Zoom Pro**. A continuación, seleccione **Desinstalar OneTouch Zoom Pro**. Siga las instrucciones para eliminar OneTouch® Zoom™ Pro del PC.

2. Haga clic en **Inicio**, **Configuración**, **Panel de control** y **Añadir/Eliminar programas**. A continuación, seleccione la opción **Eliminar** para **OneTouch Zoom Pro**. Siga las instrucciones para eliminar OneTouch® Zoom™ Pro del PC.

NOTA: Si desea guardar la base de datos de OneTouch® Zoom™ Pro, asegúrese de mover o copiar el archivo de la base de datos a un área segura de almacenamiento en el PC antes de comenzar a desinstalar el programa. Este archivo recibe el nombre de OneTouch.mdb y se encuentra en la carpeta C:\Archivos de programa\LifeScan\OneTouchDMSPro\Datos (éste es el directorio predeterminado). Consulte también la sección *Administración de base de datos de OneTouch® Zoom™ Pro* del Manual del Usuario para obtener información sobre cómo extraer y exportar datos.

Modo en red

Para desinstalar los componentes del servidor tiene dos opciones:

1. Haga clic en **Inicio**, **Programas**, **Servidor OneTouch Zoom Pro** en el PC servidor. A continuación, seleccione **Desinstalar servidor OneTouch Zoom Pro**. Siga las instrucciones para eliminar OneTouch® Zoom™ Pro del PC servidor.

2. En el PC servidor, haga clic en **Inicio**, **Configuración**, **Panel de control** y **Añadir/Eliminar programas**. A continuación, seleccione la opción **Eliminar** para **Servidor OneTouch Zoom Pro**. Siga las instrucciones para eliminar OneTouch® Zoom™ Pro del PC servidor.

Puede desinstalar OneTouch® Zoom™ Pro desde cualquier PC cliente utilizando la opción 1 o la opción 2 en el modo no en red.

Si tiene dificultades para utilizar OneTouch® Zoom™ Pro, consulte el Manual del Usuario haciendo clic en **Inicio, Programas, OneTouch Zoom Pro**. Si el Manual del Usuario no resuelve el problema, envíe un mensaje de correo electrónico o llame a su oficina local de LifeScan para obtener asistencia técnica:

España
info@LifeScan.es
900 100 228
www.LifeScan.es

Para todos los demás países, póngase en contacto con su oficina local de LifeScan para obtener el número del Servicio de asistencia técnica de su zona. También puede visitar la sección "Around the World" del sitio web de LifeScan en www.LifeScan.com.

CE

LifeScan, Inc.
Milpitas, CA 95035 USA

EU EC REP
LifeScan Regulatory Affairs Europe
Division of Ortho-Clinical Diagnostics France
1, rue Camille Desmoulins – TSA 40007
92787 Issy-les-Moulineaux, Cedex 09
Francia

Software para la gestión de la diabetes OneTouch® Zoom™ Pro – Guía de Instalación

Copyright 2008-2010 LifeScan, Inc., una compañía Johnson & Johnson. Reservados todos los derechos. Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft® Corporation. Todos los demás productos están registrados por sus respectivas compañías.
© 2008-2010 LifeScan, Inc. Milpitas, CA 95035 AW 06615601B Zoom Pro Install Guide ES Fecha de rev.: 06/2010